

INFORMATION À DIFFUSION RESTREINTE



MallinckrodtTM
Pharmaceuticals

Notice technique

Réf. : **TB-16007-FRE**

Date de publication : **Août 2016**

Produit : INOmax DSIR[®], INOmax DSIR[®] Plus et
INOmax DSIR[®] Plus MRI

Priorité : Basse

Parties concernées : Accessoires/Matériel
à usage unique/Documentation

Classification : Information à diffusion restreinte

Objet : **Changement des numéros de référence des accessoires, du matériel à usage unique et de la documentation au Canada**




Dans le cadre de l'initiative de renouvellement de la marque de Mallinckrodt, les numéros de référence suivants des accessoires, du matériel à usage unique et de la documentation ont été modifiés.

Veuillez vous référer aux tableaux ci-dessous pour toute commande de nouveaux accessoires, de matériel à usage unique ou de documentation :

Accessoires

Description	Ancien numéro de référence	Nouveau numéro de référence
Trousse de tubulures d'étalonnage	50107	50239
Câble du module d'injection	1605-3057-000	90838
Câble du module d'injection, compatible avec l'IRM sous certaines conditions	90623	90850
Gaz d'étalonnage INOcal, NO, 45 ppm	BOM-COM-0150	BOM-COM-0159
Gaz d'étalonnage INOcal, NO2 10 ppm	BOM-COM-0162	BOM-COM-0167
Trousse de régulateur INOcal	10036	10090
Capteur, NO	6050-0004-318	90844
Capteur, NO2	6050-0004-319	90845

Matériel à usage unique

Image	Description	Ancien paquet de cinq (Référence)	Nouveau paquet de cinq (Référence)
	Adaptateur, 15 M convient aux tubes de 4,5 mm de D.I.	50079	50244
	Adaptateur, 22 F x 15 M	50080	50243
	Adaptateur, 22 M/15 F x 22 M/15 F	50081	50242
	Adaptateur, manchon, 22 mm D.I. x 22 mm D.I.	50082	50253
	Adaptateur, raccord d'échantillonnage de gaz en T	50083	50241
	Adaptateur, port d'échantillonnage à 90 degrés	50084	50252
	Adaptateurs jetables de Bunnell Life Pulse en emballage pratique	50085	50249
	Filtre à disque de la tubulure d'échantillonnage de gaz du patient, 1,0 micron, fibre de verre	50172	50258
	Cartouche du séparateur d'eau, INOmax DS _{IR}	50087	50247
	Tubulure de néonatalogie, 10 mm (2 pièces)	50089	50255
	Tube injecteur de NO/N ₂	50090	50240
	Tube injecteur de NO/N ₂ « MR Conditional » (compatible avec l'IRM sous certaines conditions)	50191	50260
	Valve anti-retour, 22 F x 22 M	50091	50245
	Tubulure d'échantillonnage de gaz du patient avec Nafion	50136	50257
	Tubulure d'échantillonnage de gaz du patient avec Nafion « MR Conditional » (compatible avec l'IRM sous certaines conditions)	50190	50261
	Extension pédiatrique, 15 mm, 6 pouces	50093	50254
	Raccord d'échantillonnage en T, tubulure d'O ₂	50094	50246
	Adaptateurs jetables pour circuit filtré Sensormedics 3100A/B en emballage pratique	50095	50251

Documentation

Description	Ancien numéro de référence	Nouveau numéro de référence
INOMax DS_{IR} Plus		
Manuel d'utilisation de l'INOMax DS _{IR} Plus (en anglais)	20530	20717
En français canadien	20569	20867
Guide de poche de l'INOMax DS _{IR} Plus (en anglais)	20540	20751
En français canadien	20571	20868
Fiche de vérification avant utilisation de l'INOMax DS _{IR} Plus (en anglais)	20570	20753
En français canadien	20572	20869
INOMax DS_{IR} Plus IRM		
Manuel d'utilisation de l'INOMax DS _{IR} Plus IRM (en anglais)	20691	20765
En français canadien	20686	20870
Fiche de vérification avant utilisation de l'INOMax DS _{IR} Plus IRM (en anglais)	20679	20764
En français canadien	20687	20871
Bulletins techniques		
TB-08007, Liste de compatibilité avec les ventilateurs (en anglais)	20093	20721
En français canadien	20231	20874
TB-12004, logiciel INOMax DS _{IR} version 2.1.0 et 2.1.1 (en anglais)	20249	20741
En français canadien	20250	20881
TB-12012, Applications cliniques du dispositif respiratoire INOMax DS-DS _{IR} INOblender (en anglais)	20374	20748
En français canadien	20463	20885
TB-13006, Modification de l'ensemble de tubulures pour INOcal (en anglais)	20532	20750
En français canadien	20545	20887
TB-14001, Test de l'INOMax DS _{IR} avec les ventilateurs Hamilton (en anglais)	20585	20756
En français canadien	20618	20888
TB-14006, Changement de numéro de référence du module d'injection (en anglais)	20609	20760
En français canadien	20637	20889
TB-14007, Filtre à disque pour nébuliseur, 50 mm, 1,0 micron (en anglais)	20610	20761
En français canadien	20654	20890
TB-15001, Documentation INOMax DS _{IR} -INOblender UDI (en anglais)	20677	20763
TB-16001-ENG; Mises à jour INOMax DS _{IR} Plus IRM (en anglais)	20712	21083
En français canadien	20716	21084

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter le Service à la clientèle au 1-877-566-9466 (Amérique du Nord) ou votre représentant local.

Mallinckrodt Manufacturing LLC
6603 Femrite Drive,
Madison, WI 53718-6801 É-U.

Mallinckrodt, la marque « M » et le logo Mallinckrodt Pharmaceuticals sont des marques de commerce d'une société Mallinckrodt. Les autres marques sont des marques de commerce d'une société du groupe Mallinckrodt ou de leurs propriétaires respectifs. ©2016 Mallinckrodt

TB-16007-FRE Mise à jour 08-2016
Réf. 21184, rév. 01