

Notice technique

Réf. : **TB-17006-FRE**

Date de publication : Décembre 2017

Produits : Cylindres INOMAX[®] / INOmeter[®]

Produits concernés : INOmax DS_{IR}[®], INOmax DS_{IR}[®] Plus,

Priorité : Basse

INOmax DS_{IR}[®] Plus MRI / INOflo[®] DS[®]

Classification : Information pour
distribution générale

Objet : **Date limite d'utilisation des cylindres INOMAX**

Les nouveaux cylindres d'INOMAX incluront le logiciel de l'INOmeter qui transmettra la date limite d'utilisation comme se situant entre minuit le dernier jour du mois de la péremption indiquée sur l'étiquette du cylindre d'INOMAX et minuit le jour suivant (en fonction du fuseau horaire).

Par exemple : Si la **Date limite d'utilisation** sur l'étiquette d'AMM indique **Décembre 2018**, cela signifie que la date d'utilisation de l'INOMAX sera dépassée entre minuit le 31 décembre 2018 et minuit le 1^{er} janvier 2019 (en fonction du fuseau horaire).

Au fur et à mesure du remplacement des cylindres d'INOMAX actuellement sur le terrain (en cours d'utilisation ou dans les sites des clients), de nouveaux cylindres d'INOMAX seront codés avec les dates limites d'utilisation décrites ci-dessus.

Les clients d'Europe et d'Amérique du Sud verront ces premiers cylindres en décembre 2017.

Les clients des États-Unis, du Canada, du Mexique, d'Australie, de Corée et du Japon commenceront à voir ces cylindres dès février 2018.

Veuillez communiquer avec le responsable pour votre pays ou en appelant le 1-877-566-9466 (Amérique du Nord) pour obtenir une assistance technique concernant les dispositifs ci-dessus.

Mallinckrodt Manufacturing LLC
6603 Femrite Drive,
Madison, WI 53718-6801 États-Unis

Mallinckrodt, la marque « M » et le logo de Mallinckrodt Pharmaceuticals sont des marques déposées de Mallinckrodt. D'autres marques sont des marques commerciales d'une entreprise de Mallinckrodt ou de leurs propriétaires respectifs.
© 2017 Mallinckrodt.

