

INFORMATION POUR DISTRIBUTION LIMITÉE



Notice technique

Réf. : **TB-16017-FRE**

Produit : INOmax DS_{IR}® Plus MRI

Parties concernées : Manuels d'utilisation

Date de publication : **Octobre 2016**

Priorité : Basse

Classification : Information pour distribution
limitée

Objet : **Liste des ventilateurs/systèmes respiratoires compatibles avec l'IRM sous certaines conditions**

L'utilisation de l'INOmax DS_{IR} Plus MRI a été validée avec les ventilateurs/appareils respiratoires dans des salles de tomodensitométrie de 1,5 et 3,0 teslas :

Ventilateurs/systèmes respiratoires dont l'utilisation est validée dans des salles de tomodensitométrie de 1,5 et 3,0 teslas	
Fabricant	Modèle
Bio-Med Devices	MVP-10
CareFusion (anciennement Pulmonetic Systems)	LTV 1200 MRI
Hamilton	MR1
Maquet	Servo-i (Compatible avec l'IRM sous certaines conditions)
Lunettes nasales	Salter Labs, Nourrisson, Réf. 1601, avec tube d'alimentation de 2,1 m (7 pi.) ou équivalent
Smith's Medical	babyPAC

Veuillez communiquer avec le responsable pour votre pays ou en appelant le 1-877-566-9466 (Amérique du Nord) pour obtenir une assistance technique concernant INOmax DS_{IR} MRI.

Mallinckrodt Manufacturing LLC
6603 Femrite Drive,
Madison, WI 53718-6801 États-Unis

Mallinckrodt, la marque « M » et le logo de Mallinckrodt Pharmaceuticals sont des marques déposées de Mallinckrodt. D'autres marques sont des marques commerciales d'une entreprise de Mallinckrodt ou de leurs propriétaires respectifs.
© 2016 Mallinckrodt